

2024年 8月

医療法人若葉会
堺若葉会病院
施設長 殿

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
代表理事 会長 横地 常広

2024年度 日臨技臨床検査精度管理調査

施設総合評価報告書

本年度サーベイにおける貴施設の評価対象項目に対する結果は、
以下のとおりです。

分野	評 価 対象数	評価A+B		評価C		評価D	
		件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
臨床化学	58	58	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
血液	30	30	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般	18	18	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
輸血	24	24	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
計	130	130	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

評価A、もしくは評価Bとなることが望ましい。
なお、評価対象数には対象外となった項目は含みません。